

Anexo III - C**Recursos técnicos.****Variables V123 a V225. (Tablas C-I a C-LVI)****C-I. Aparatos automáticos de inclusión de parafina (LB-1997, V127)**

	1995		2007	
	Nº HOSPITALES	%	Nº HOSPITALES	%
0	3	2,4	1	0,6
1	56	44,4	72	46,8
2	43	34,1	58	37,7
3	19	15,1	16	10,4
4	3	2,4	3	1,9
5	2	1,6	0	0,0
6	0	0,0	0	0,0
7	0	0,0	1	0,6
No contesta	0	0,0	3	1,9
Total aparatos	221		255	
Total hospitales	126	100	151	100

C-II. Teñidores automáticos (LB-1997, V135)

	1995		2007	
	Nº HOSPITALES	%	Nº HOSPITALES	%
0	82	65,1	22	14,3
1	30	23,8	91	59,1
2	11	8,7	30	19,5
3	3	2,4	5	3,2
4	0		1	0,6
5	0		1	0,6
No contesta	0		4	2,6
Total aparatos	61		175	
Total hospitales	126	100	150	100

C-III. Montadores automáticos (LB-1997, V137)

	1995		2007	
	Nº HOSPITALES	%	Nº HOSPITALES	%
0	3	2,4	40	26,0
1	15	11,9	84	54,5
2	2	1,6	21	13,6
3	0		3	1,9
No contesta	0		6	3,9
Total aparatos	19		135	
Total hospitales	20		148	100

C-IV. Aparatos automáticos de IHQ (LB-1997, V145)

	1995		2007	
	Nº HOSPITALES	%	Nº HOSPITALES	%
0	79	62,7	18	11,7
1	42	33,3	86	55,8
2	4	3,2	35	22,7
3	1	0,8	3	1,9
4	0	0,0	7	4,5
5	0	0,0	1	0,6
No contesta	0	0,0	4	2,6
Total aparatos	53		198	
Total hospitales	126	100	150	100

C-V. Presencia de ME en el Hospital (LB-1997, V148)

	1995		2007	
	NÚMERO	%	NÚMERO	%
Sí	41	32,5	28	18,2
No	81	64,3	96	62,3
No contesta	4	3,2	30	19,5
Total	126	100,0	154	100,0

C-VI. Criostatos (LB-1997, V156)

	1995		2007	
	Nº HOSPITALES	%	Nº HOSPITALES	%
0	5	4,0	1	0,6
1	73	57,9	84	54,5
2	35	27,8	48	31,2
3	12	9,5	11	7,1
4	1	0,8	5	3,2
5		0,0	1	0,6
6		0,0	0	0,0
7		0,0	1	0,6
No específica			3	1,9
Total aparatos	183		245	
Total hospitales	126	100,0	151	100

C-VII. Aparatos de Morfometría (LB-1997, V153)

	1995		2007	
	Nº HOSPITALES	%	Nº HOSPITALES	%
0			38	24,7
1	26	20,6	9	5,8
2	3	2,4	2	1,3
3		0,0	1	0,6
No específica	97	77,0	104	67,5
Total aparatos	32		16	
Total hospitales	29	100,0	116	100,0

C-VIII. Banco de Tejidos (Tumores en la encuesta 2007) (LB-1997, V171)

1995		2007	
Nº HOSPITALES	%	Nº HOSPITALES	%
30	23,8	63	40,9

C-IX. Sistema de crioconservación (LB-1997)

	1995	
	Nº HOSPITALES	%
Congelador a -80°C	57	45,2
Nitrógeno líquido	72	57,1

C-X. Sistema de Congelación para el banco de tumores (V172)

	2007	
	Nº HOSPITALES	%
Baño tipo Histobath	20	13,0
Nitrógeno líquido	33	21,4
Otros	15	9,7
No contesta	86	55,8
Total hospitales	154	100

C-XI. Banco de tumores (V173-V174)

Nº APARATOS	CONGELADORES -80%	%
0	3	1,9
1	31	20,1
2	18	11,7
3	8	5,2
4	1	0,6
5	5	3,2
6	1	0,6
7	0	1,3
8	2	44,8
No contesta	69	55,2
Media antigüedad	4,7	
Total	85	
Total hospitales	154	100,0

C-XII. Banco de tumores (V175)

Nº MUESTRAS	Nº HOSPITALES	%
1-99	9	5,8
100-249	20	13,0
250-499	4	2,6
500-999	6	3,9
>1000	8	5,2
No contesta	107	69,5
Total	47	30,5
Total hospitales	154	100,0

C-XIII. Banco de tumores (V175, V176)

Nº MUESTRAS	Nº HOSPITALES	%	Nº CEDIDAS	%
1-99	9	5,8	7	4,5
100-249	20	13,0	7	4,5
250-499	4	2,6	3	1,9
500-999	6	3,9	1	0,6
>1000	8	5,2	1	0,6
No contesta	107	69,5	135,0	87,7
Total	47	30,5	19	12,3
Total hospitales	154	100,0	154	100,0

C-XIV. Banco de tumores: Nº proyectos a los que se han cedido muestras (V177)

	Nº HOSPITALES	%
0	11	7,1
1-9	17	11,0
10-19	6	3,9
20-49	2	1,3
>50	2	1,3
No contesta	116	75,3
Total	38	24,7
Total hospitales	154	100,0

C-XV. Total de publicaciones a partir de muestras del banco (BT) (V178)

	Nº HOSPITALES	%
0	17	11,0
1	1	0,6
2	3	1,9
3	2	1,3
6	2	1,3
10	1	0,6
20	1	0,6
23	2	1,3
No contesta	125	81,2
Total	29	18,8
Total hospitales	154	100,0

C-XVI. El Banco de Tumores, ¿pertenece a alguna red territorial o interterritorial de Biobancos? (V179)

	Nº HOSPITALES	%
No	13	8,4
Sí	49	31,8
No contesta	92	59,7
Total	154	100,0

C-XVII. Telepatología (LB-1997, V192-193-195)

	1995		2007	
	Nº HOSPITALES	%	Nº HOSPITALES	%
Tiene instalación	19	15,1	7	4,5
Se considera útil	106	84,1	124	80,5
Tiene interés en su instalación	97	77	109	70,8
No contesta	14	11,1		

C-XVIII. Telepatología, ¿número de casos? (V194)

Nº APARATOS	Nº HOSPITALES	%
0	3	1,9
100	1	0,6
400	1	0,6
No contesta	149	96,8
Total	5	3,2
Total Hospitales	154	100,0

C-XIX. ¿Escaner de preparaciones? (V196)

Nº APARATOS	Nº HOSPITALES	%
No	135	87,7
Sí	14	9,1
No contesta	5	3,2
Total Hospitales	154	100,0

C-XX. Recursos técnicos I (V123-V138, V156,V157)

Nº APARATOS	CABINAS MACRO	%	IMPR CASETES	%	PROCES TEJIDO	%	EST BLOQUES	%	MICRO-TOMOS	%	IMPR PORTAS	%	TEÑIDORES AUTOMÁT.	%
0	11	7,1	101	65,6	1	0,6	1	0,6	14	9,1	117	76,0	22	14,3
1	76	49,4	40	26,0	72	46,8	73	47,4	40	26,0	19	12,3	91	59,1
2	41	26,6	5	3,2	58	37,7	50	32,5	34	22,1	2	1,3	30	19,5
3	11	7,1	1	0,6	16	10,4	14	9,1	26	16,9	1	0,6	5	3,2
4	6	3,9			3	1,9	5	3,2	10	6,5			1	0,6
5	4	2,6			1	0,6	2	1,3	8	5,2			1	0,6
6	2	1,3					1	0,6	7	4,5				97,4
7									4	2,6				2,6
8									3	1,9				100,0
9									2	1,3				
10									1	0,6				
11									1	0,6				
No contesta	3	1,9	7	4,5	3	1,9	8	5,2	4	2,6	15	9,7	4	2,6
Media antigüedad	7,2		4		7,7		7,1		7		1,9		6	
Total	151	98,1	147	95,5	151	98,1	146	94,8	150	97,4	139	90,3	150	97,4
Total hospitalares	154	100,0	154	100,0	154	100,0	154	100,0	154	100,0	154	100,0	154	100,0

C-XXI. Recursos técnicos II (V123-V138, V156, V157)

Nº APARATOS	MONTAD. AUTOMÁT.	%	TENIDORES IHQ	%	CRIOS-TATOS	%	CITOCEN-TRIFUGAS	%	CITO LIQUIDA	%	ANALIZ. IMAGEN	%	ME	%
0	40	26,0	18	11,7	1	0,6	3	1,9	81	52,6	38	24,7	96	62,3
1	84	54,5	86	55,8	84	54,5	91	59,1	51	33,1	9	5,8	28	18,2
2	21	13,6	35	22,7	48	31,2	47	30,5	5	3,2	2	1,3		
3	3	1,9	3	1,9	11	7,1	7	4,5	2	1,3	1	0,6		
4			7	4,5	5	3,2	2	1,3	1	0,6				
5			1	0,6	1	0,6								
6					1	0,6								
7														
No contesta	6	3,9	4	2,6	3	1,9	4	2,6	14	9,1	104	67,5	30	19,5
Media antigüedad	4,9		4		7,4		8,8		2,8		3,7		13	
Total	148	96,1	150	97,4	151	98,1	150	97,4	140	90,9	50	32,5	124	80,5
Total hospitalares	154	100,0	154	100,0	154	100,0	154	100,0	154	100,0	154	100,0	154	100,0

C-XXII. Tipo de montador automático (V139)

	Nº HOSPITALES	%
Ambos	9	5,8
De cinta de plástico	12	7,8
De cubres de cristal	71	46,1
No contesta	62	40,3
Total	154	100

C-XXIII. Tipo de aparato de citología líquida (V144)

	Nº HOSPITALES	%
Otra	2	1,3
PapSpin	5	3,2
SurePath	4	2,6
ThinPrep	42	27,3
No contesta	101	65,6
Total	154	100

C-XXIV. Características ME (V150)

	Nº HOSPITALES	%
PHILLIPS	6	3,9
JEOL	9	5,8
ZEISS	4	2,6
Respuesta no valorable	6	3,9
No contesta	128	83,1
Total	154	100,0

C-XXV, Número de casos informados/año con Análisis de Imagen (152)

	Nº HOSPITALES	%
0	97	63,0
30	1	0,6
72	1	0,6
200	1	0,6
400	1	0,6
25000	1	0,6
No contesta	52	33,8
Total	102	66,2
Total hospitales	154	100,0

C-XXVI. Número de horas trabajo/semana del ME (V151)

	Nº HOSPITALES	%
0	10	6,5
0,5	1	0,6
1	2	1,3
2	2	1,3
3	1	0,6
5	4	2,6
6	1	0,6
10	5	3,2
15	2	1,3
20	2	1,3
35	1	0,6
45	1	0,6
No contesta	122	79,2
Total	32	20,8
Total hospitales	154	100,0

C-XXVII. Características de los teñidores IHQ automáticos (V147)

	Nº HOSPITALES	%
AutoStainer / TechMate (Dako)	61	39,6
BondMax (Vision Biosystems)	17	11,0
BenchMark (Ventana)	8	5,2
LabVision	3	1,9
Mixto	13	8,4
No contesta	52	33,8
Total	154	100,0

C-XXVIII. Características (aparatos de Análisis de Imagen) (V155)

	Nº HOSPITALES	%
APERIO	1	0,6
Ariol SL50	1	0,6
CAS 200	1	0,6
CUE-2 Olympus	1	0,6
Image proplus 5.1 Media cybernetic (Infasimon-Barcelona)	1	0,6
Lector de Tissue-microarrays Leica	1	0,6
Leica Q500IW	1	0,6
Olimpus	1	0,6
Semiautomático	1	0,6
No contesta	145	94,2
Total	154	100,0

C-XXX. Si no realiza Pat Molecular**¿Se envían algunos casos a un centro de referencia? (V196)**

	Nº HOSPITALES	%
No	5	3,2
Sí	97	63,0
No contesta	52	33,8
Total	154	100,0

C-XXIX. Tiene implementadas técnicas de (V158-V168-V171)

	PATOLOGÍA MOLECULAR		CITOGENÉTICA		BANCO DE TUMORES	
	Nº HOSPITALES	%	Nº HOSPITALES	%	Nº HOSPITALES	%
No	85	55,2	127	82,5	85	55,2
Sí	56	36,4	9	5,8	63	40,9
No contesta	13	8,4	18	11,7	6	3,9
Total	154	100,0	154	100,0	154	100,0

C-XXXI. Si realiza Pat Molecular, ¿Cuál fue el año de comienzo? (V161)

	Nº HOSPITALES	%
1915	1	0,6
1990	1	0,6
1992	2	1,3
1993	3	1,9
1994	1	0,6
1996	2	1,3
1997	1	0,6
1998	5	3,2
1999	4	2,6
2000	9	5,8
2001	5	3,2
2002	7	4,5
2003	9	5,8
2004	4	2,6
2005	10	6,5
2006	10	6,5
2007	4	2,6
2008	4	2,6
No contesta	72	46,8
Total	82	53,2
Total hospitales	154	100,0

C-XXXII. Citometría de Flujo (V169)

	Nº HOSPITALES	%
No	127	82,5
Sí	12	7,8
No contesta	15	9,7
Total	154	100

C-XXXIII. Número de CASOS con Citometría de Flujo (V170)

	Nº HOSPITALES	%
1-49	1	0,6
50-249	5	3,2
250-499	2	1,3
>500	1	0,6
No contesta	145	94,2
Total	9	5,7
Total hospitales	154	100,0

C-XXXIV. Nº de determinaciones (V162-V164-V166)

	PCR		FIS		CISH	
	Nº HOSPITALES	%	Nº HOSPITALES	%	Nº HOSPITALES	%
0	14	9,1	14	9,1	39	25,3
1-99	22	14,3	45	29,2	12	7,8
100-499	11	7,1	9	5,8	1	0,6
500-999	11	7,1	6	3,9		
>1000	12	7,8	1	0,6		
No contesta	84	54,5	79	51,3	102	66,2
Total	70	45,4	75	48,7	52	33,8
Total hospitales	154	100,0	154	100,0	154	100,0

C-XXXV. Especifico (det CISH) (V167)

	Nº HOSPITALES	%
Crom17/cerbb2	1	0,6
EBER	1	0,6
EBER (VEB)	1	0,6
EBERS	1	0,6
EBV,SEROALBUMINA	1	0,6
Her2	1	0,6
HER2	1	0,6
Her2/Cr17	1	0,6
SISH, Her 2/neu	1	0,6
Técnicas disponibles, rutina	1	0,6
Total	154	100,0

C-XXXVI. Especifico (det PCR) (V163)

DETERMINACIÓN	Nº HOSPITALES
Genotipado de VPH	23
Clonalidad linfoideB	19
Clonalidad linfoide T	16
Detección de TBC	11
Detección de otros agentes infecciosos no-VPH ni TBC	9
Mutaciones de c-kit y/o PDGFRA	8
Mutaciones de p53	4
Mutaciones de EGFR	4
Inestabilidad de microsatélites	3
Translocación t(14;18) y t(11;14)	3
“Rutinarias”	3
Mutaciones de k-ras	2
Translocaciones (no especifica cuáles)	2
Translocación t(9;22) BCR-ABL	2
Mutaciones de RET o MEN-1	1
Mutaciones de factores de la coagulación	1
Translocaciones de sarcomas	1
Mutaciones hemocromatosis	1
No contesta	115

C-XXXVII. Especifique (det FISH) (V165)

DETERMINACIÓN	Nº HOSPITALES
HER2	30
IgH/BCL2 t(14;18)	10
Sarcoma sinovial	7
t(11;14) ciclina D1	6
c-MYC t(8;14)	6
EGFR	6
Sarcoma de Ewing	5
BCL6	3
ALK t(2;5)	3
Translocaciones linfomas (en general)	3
Rutinarias	3
MALT1	2
1p/19q oligodendrogliomas	2
Rabdomiosarcoma alveolar	2
Liposarcoma mixoide	2
Delección 3q	2
N-MYC	1
BCR-ABL t(9;22)	1
Topoisomerasa 2 alfa	1
HPV	1
No contesta	115

C-XXXVIII. Especifique centro/s (donde se envía Pat Molecular) (V160)

CENTRO	Nº HOSPITALES
CNIO, Madrid	31
CIC Salamanca	12
Hospital U. Virgen de las Nieves (Granada)	11
Hospital Clinic, Barcelona	7
Clínica Universitaria de Navarra/Universidad de Navarra	6
C.H.U. Santiago	5
Hospital del Mar	5
Hospital U. M. de Valdecilla	5
Hospital U. La Fe	5
Hospital 12 de Octubre	4
Hospital Carlos Haya, Málaga	4
Hospital Central de Asturias	4
Hospital Son Dureta	4
Biopat, Biopatología Molecular S.L.	2
Hospital de la Princesa	2
Hospital General de Castellón	2
Hospital Vall d'Hebron	2
Hospital Miguel Servet (Zaragoza)	1
Laboratorios Balagué	1
Hospital Clínico, Málaga	1
Hospital General de Alicante	1
Hospital Clínico San Carlos	1
Hospital V. de la Arrixaca	1
Hospital S. M. del Rosell	1
Hospital General de Albacete	1
Hospital Germans Trias i Pujol	1
Hospital Clínico de Valencia	1
Hospital Donostia	1
Hospital Reina Sofía, Córdoba	1
Hospital Joan XXIII, Tarragona	1
Hospital Xeral Cies, Vigo	1
No contesta	60

C-XXXIX. Número de ordenadores (V180)

	Nº HOSPITALES	%
0	1	0,6
1	1	0,6
2	3	1,9
3	8	5,2
4	15	9,7
5	13	8,4
6	9	5,8
7	7	4,5
8	12	7,8
9	6	3,9
10	14	9,1
11	3	1,9
12	8	5,2
13	4	2,6
14	7	4,5
15	4	2,6
16	2	1,3
17	3	1,9
18	6	3,9
20	1	0,6
21	2	1,3
22	3	1,9
23	3	1,9
24	3	1,9
25	2	1,3
26	2	1,3
27	1	0,6
28	1	0,6
30	1	0,6
32	1	0,6
38	1	0,6
40	1	0,6
41	1	0,6
43	2	1,3
45	1	0,6
No contesta	2	1,3
Total	152	98,7
Total hospitales	154	100,0

C-XL. Número de impresoras blanco-negro (V181)

	Nº HOSPITALES	%
0	2	1,3
1	27	17,5
2	35	22,7
3	22	14,3
4	15	9,7
5	10	6,5
6	11	7,1
7	5	3,2
8	4	2,6
9	5	3,2
10	4	2,6
11	1	0,6
15	2	1,3
16	2	1,3
18	1	0,6
20	2	1,3
22	1	0,6
No contesta	5	3,2
Total	149	96,8
Total hospitales	154	100,0

C-XLI. Número de impresoras color (V182)

	Nº HOSPITALES	%
0	73	47,4
1	39	25,3
2	16	10,4
3	6	3,9
4	4	2,6
5	3	1,9
6	2	1,3
7	0	0,0
8	0	
9	0	
10	2	
No contesta	9	5,8
Total	145	94,2
Total hospitales	154	100,0

C-XLII. Sistema de información específico para Anatomía Patológica (V183)

	Nº HOSPITALES	%
No	4	2,6
Sí	148	96,1
No contesta	2	1,3
Total	154	100,0

C-XLIII. Tipo de Sistema de Información específico Anatomía Patológica (V184)

	Nº HOSPITALES	%
NovoPath (VITRO SA)	37	24,0
PatWin (ISOFT)	62	40,3
De elaboración propia	24	15,6
Otro	21	13,6
No contesta	10	6,5
Total	154	100,0

**C-XLIV. Sistema de Información específico Anatomía Patológica
¿Desde cuándo? (V185)**

	Nº HOSPITALES	%
1988	2	1,3
1989	2	1,3
1990	6	3,9
1991	7	4,5
1992	4	2,6
1993	1	0,6
1994	4	2,6
1995	7	4,5
1996	9	5,8
1997	9	5,8
1998	12	7,8
1999	19	12,3
2000	22	14,3
2001	9	5,8
2002	7	4,5
2003	5	3,2
2004	5	3,2
2005	4	2,6
2006	3	1,9
2007	5	3,2
2008	4	2,6
No contesta	8	5,2
Total	146	94,8
Total Hospitales	154	100,0

C-XLV. Características Sistema de Información (V186-V191)

	INTEGRA- CIÓN SIS	%	SOLICITUD ELECTRÓN. ESTUDIO	%	INFORMES EN PUESTO TRABAJO	%	VISIÓN WEB INFORME AP	%	ACCESO INFORMES AT. PRIMARIA	%	PROTOCOLOS DE DIAG. DISPONIBLES EN SI	%
No	45	29,2	111	72,1	13	8,4	59	38,3	102	66,2	58	37,7
Sí	105	68,2	38	24,7	133	86,4	88	57,1	40	26,0	92	59,7
No contesta	4	2,6	5	3,2	8	5,2	7	4,5	12	7,8	4	2,6
Total hospitales	154	100,0	154	100,0	154	100,0	154	100,0	154	100,0	154	100,0

C-XLVI. Número DE SALAS de autopsias (V197-V199)

	Nº SALAS	%	Nº MESAS	%	Nº SALAS ESPECIALES	%
0	11	7,1	5	3,2	111	72,1
1	126	81,8	92	59,7	9	5,8
2	8	5,2	32	20,8	1	0,6
3	2	1,3	11	7,1		
4	0	0,0	1	0,6		
No contesta	7	4,5	13	8,4	33	21,4
Total	147	95,5	141	91,6	121	78,6
Total Hospitales	154	100,0	154	100,0	154	100,0

C-XLVII. Recursos de Docencia (V200-V215)

Nº APARATOS	MICROS-COPIOS	%	FOTOMI-CROSC. ANALÓG.	%	FOTOMI-CROSC. DIGITAL	%	MICROS-COPIOS BICABEZ.	%	MICROS-COPIOS MULTICAB.	%	SCANNER SÓLIDOS/TRASPAR.	%	GRABAD. CD/DVD	%
0	0	0,0	36	23,4	24	15,6	41	26,6	63	40,9	82	53,2	37	24,0
1	6	3,9	65	42,2	61,0	39,6	50	32,5	62,0	40,3	40	26,0	22	14,3
2	9	5,8	16	10,4	30,0	19,5	18	11,7	10,0	6,5	11	7,1	24,0	15,6
3	11	7,1	6	3,9	18	11,7	7	4,5	4	2,6	2	1,3	17,0	11,0
4	11	7,1	1	0,6	9	5,8	5	3,2	1	0,6	2	1,3	11	7,1
5	18	11,7	4	2,6	2	1,3	6	3,9	1	0,6	3	1,9	3	1,9
6	5	3,2	1	0,6	2	1,3	2	1,3	3	1,9	3	1,9	3	1,9
7	12	7,8	1	0,6	0	0,0	2	1,3	3	1,9	3	1,9	3	1,9
8	8	5,2	1	0,6	1	0,6	2	1,3	3	1,9	3	1,9	3	1,9
9	8	5,2	1	0,6	1	0,6	2	1,3	3	1,9	3	1,9	3	1,9
10	4	2,6	1	0,6	1	0,6	3	1,9	1	0,6	1	0,6	1	0,6
11	3	1,9	1	0,6	2	1,3	1	0,6	1	0,6	1	0,6	1	0,6
12	4	2,6	1	0,6	2	1,3	1	0,6	1	0,6	1	0,6	1	0,6
13	3	1,9	1	0,6	2	1,3	1	0,6	1	0,6	1	0,6	1	0,6
14	2	1,3	1	0,6	2	1,3	1	0,6	1	0,6	1	0,6	1	0,6
15	2	1,3	1	0,6	2	1,3	1	0,6	1	0,6	1	0,6	1	0,6
16	2	1,3	1	0,6	2	1,3	1	0,6	1	0,6	1	0,6	1	0,6
17	6	3,9	1	0,6	2	1,3	3	1,9	1	0,6	1	0,6	1	0,6
18	3	1,9	1	0,6	2	1,3	1	0,6	1	0,6	1	0,6	1	0,6
19	5	3,2	1	0,6	2	1,3	1	0,6	1	0,6	1	0,6	1	0,6
20	1	0,6	1	0,6	1	0,6	1	0,6	1	0,6	1	0,6	1	0,6
21	3	1,9	1	0,6	2	1,3	1	0,6	1	0,6	1	0,6	1	0,6
22	1	0,6	1	0,6	2	1,3	1	0,6	1	0,6	1	0,6	1	0,6
23	1	0,6	1	0,6	2	1,3	1	0,6	1	0,6	1	0,6	1	0,6
24	1	0,6	1	0,6	2	1,3	1	0,6	1	0,6	1	0,6	1	0,6
25	4	2,6	1	0,6	2	1,3	1	0,6	1	0,6	1	0,6	1	0,6
26	2	1,3	1	0,6	2	1,3	1	0,6	1	0,6	1	0,6	1	0,6
27	2	1,3	1	0,6	2	1,3	1	0,6	1	0,6	1	0,6	1	0,6
28	1	0,6	1	0,6	2	1,3	1	0,6	1	0,6	1	0,6	1	0,6
29	1	0,6	1	0,6	2	1,3	1	0,6	1	0,6	1	0,6	1	0,6
30	2	1,3	1	0,6	2	1,3	1	0,6	1	0,6	1	0,6	1	0,6
31	1	0,6	1	0,6	2	1,3	1	0,6	1	0,6	1	0,6	1	0,6
32	1	0,6	1	0,6	2	1,3	1	0,6	1	0,6	1	0,6	1	0,6
33	1	0,6	1	0,6	2	1,3	1	0,6	1	0,6	1	0,6	1	0,6
34	1	0,6	1	0,6	2	1,3	1	0,6	1	0,6	1	0,6	1	0,6
35	1	0,6	1	0,6	2	1,3	1	0,6	1	0,6	1	0,6	1	0,6
40	0	0,0	1	0,6	2	1,3	1	0,6	1	0,6	1	0,6	1	0,6
45	1	0,6	1	0,6	2	1,3	1	0,6	1	0,6	1	0,6	1	0,6
48	1	0,6	1	0,6	2	1,3	1	0,6	1	0,6	1	0,6	1	0,6
60	1	0,6	1	0,6	2	1,3	1	0,6	1	0,6	1	0,6	1	0,6
70	1	0,6	1	0,6	2	1,3	1	0,6	1	0,6	1	0,6	1	0,6
Media antigüedad (años)	9,9		15	15,6	3,6	4,5	10,3	9,7	9,1	8,4	5,2	11,0	3,9	12,3
No contesta	9	5,8	24	15,6	7	4,5	15	9,7	13	8,4	17	11,0	19	12,3
Total	145	94,2	130	84,4	147	95,5	139	90,3	141	91,6	137	89,0	135	87,7
Total hospitales	154	100,0	154	100,0	154	100,0	154	100,0	154	100,0	154	100,0	154	100,0

C-XLVIII. Sala de reuniones (V216, V218)

	DISPONES DE SALA	%	DOTACIÓN AUDIOVISUAL	%
No	53	34,4	19	12,3
Sí	68	44,2	72	46,8
No contesta	33	21,4	63	40,9
Total	154	100,0	154	100,0

C-XLIX. Superficie (m²) (V219)

	Nº HOSPITALES	%
<99	20	13,0
100-249	31	20,1
250-749	55	35,7
750-1249	10	6,5
>1250	8	5,2
No contesta	30	19,5
Total	124	80,5
Total hospitales	154	100,0

C-L. Número de plazas en la sala de reuniones (V217)

	Nº HOSPITALES	%
0	6	3,9
5	1	0,6
6	2	1,3
8	6	3,9
10	9	5,8
11	1	0,6
12	6	3,9
15	10	6,5
16	2	1,3
19	1	0,6
20	11	7,1
25	11	7,1
30	13	8,4
34	1	0,6
35	2	1,3
40	5	3,2
42	1	0,6
50	3	1,9
150	1	0,6
191	1	0,6
No contesta	61	39,6
Total	93	60,4
Total hospitales	154	100,0

C-LI. Unidad de Investigación (V220)

	Nº HOSPITALES	%
No	103	66,9
Sí	24	15,6
No contesta	27	17,5
Total	154	100,0

**C-LII. Si tiene Unidad de investigación,
¿número de personas? (V221)**

	Nº HOSPITALES	%
0	2	1,3
1	3	1,9
2	6	3,9
3	1	0,6
4	1	0,6
5	1	0,6
6	4	2,6
7	1	0,6
8	2	1,3
9	2	1,3
10	2	1,3
13	1	0,6
20	1	0,6
70	1	0,6
No contesta	126	81,8
Total	28	18,2
Total hospitales	154	100,0

C-LIII. Titulaciones (en la Unidad de Investigación), especifique (V222)

	Nº HOSPITALES	%
Varios (médicos, patólogos, biólogos, farmacéuticos, químicos, técnicos, etc)	18	11,7
Médicos (sin especificar)	3	1,9
Biólogos	2	1,3
Farmacéuticos	1	0,6
Técnicos	2	1,3
No contesta	128	83,1
Total	154	100,0

C-LIV. ¿Tiene sistema de macrofotografía? (V223)

	Nº HOSPITALES	%
No	14	9,1
Sí	117	76,0
No contesta	23	14,9
Total	154	100,0

C-LV. Tipo de sistema de macrofotografía (V224)

	Nº HOSPITALES	%
Ambos	32	20,8
Analógico	18	11,7
Digital	86	55,8
No contesta	18	11,7
Total	154	100,0

C-LVI. Número de aparatos de macrofotografía (V225)

	Nº HOSPITALES	%
1	79	51,3
2	47	30,5
3	6	3,9
No contesta	22	14,3
Total	132	85,7
Total hospitales	154	100,0